



Ref. Certif. No.

CZ-1327

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

### CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product  
Produit

Dual infusion pump

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

SEV Litovel s r.o.  
Palackého 34, 784 01 Litovel, Czech Republic

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

SEV Litovel s r.o.  
Palackého 34, 784 01 Litovel, Czech Republic

Name and address of the factory  
Nome et adresse de l'usine

SEV Litovel s r.o.  
Palackého 34, 784 01 Litovel, Czech Republic

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

115/230 V, 50-60 Hz, 24 VA

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

Model / Type Ref.  
Ref. De type

2P

Additional information (if necessary)  
Information complémentaire (si nécessaire)

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 60601-1  
IEC 60601-2-24  
IEC 60601-1-2


1988+A1:1991+A2:1995  
1998  
1993

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

903951-00/02 of: 03.04.2003

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

Elektrotechnický zkušební ústav  
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71 – Trojská  
Czech Republic



Date: 3.4.2003

Signature: Pavel Kudrna  
Certification and Inspection Manager