

## Protokol o periodické bezpečnostně - technické kontrole elektrického přístroje

(dle § 27 zákona č. 346 / 2003 sb.)

Název ZP : ultrazvukový přístroj B-K Medical  
Typ : **2002 ADI Panther**  
Výrobní číslo : **1811082**  
Inventární číslo : **C000057-000**  
Klasifikace ZP : II b (přístroj typu B)  
Třída ochrany : I  
Výrobce : B-K Medical A/S, Dánsko

Umístění : II. interní klinika – ambulance  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 6  
**OLOMOUC**

Zkoušeno dle : ČSN EN 60601 – 1  
Použitý přístroj : MEDITEST 50, v.č. 200 178 (poslední kalibrace v r.2005)  
Provedl : Ing. Boris Kaleta  
Datum provedení : 4. června 2007

**Závěr :** **Přístroj vyhovuje požadavkům elektrické bezpečnosti a je schopen dalšího bezpečného provozu.**

Lhůta další kontroly : rok 2008

### **Naměřené hodnoty :**

1/ Elektrická pevnost - neprovádí se

2/ Přečhodový odpor ochranného vodiče -

- konzola (zemní bod)	<b>0,07 ohm</b>
- konektor BNC	<b>0,07 ohm</b>
- konektor snímače	<b>0,07 ohm</b>
- podvozek	<b>0,09 ohm</b>
- monitor	<b>0,11 ohm</b>

<u>3/ Unikající proud ochranným vodičem</u>	norm.	<b>20 <math>\mu</math>A</b>
	reverz.	<b>70 <math>\mu</math>A</b>
- v režimu jedné závady	norm.	<b>110 <math>\mu</math>A</b>
	reverz.	<b>0 <math>\mu</math>A</b>

V Olomouci dne 4. června 2007