

Posouzení splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek

Název ZP: **Ultrazvukový diagnostický přístroj**

Typ : **B-K Medical 2002 ADI Panther**

Výr. číslo : **1811082**

Invetární číslo : **C000057-000**

Příslušenství :
uzv snímač **8565**, v.č. **1866666**
uzv snímač **8564**, v.č. **1808847**
termotiskárna **Sony UP-890**, v.č. **43221**

Umístění :
II. interní klinika – ambulance
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
OLOMOUC

Datum prohlídky : 4. června 2007

Následná prohlídka : v roce 2008

Průběh a výsledek prohlídky :

Provedena běžná prohlídka přístroje spojená s jeho vyčištěním, celkovým seřízením a nastavením správných pracovních a měřicích parametrů + kontrola činnosti.

Prohlídkou nebyla zjištěna žádná závada v ovládání ani činnosti přístroje.
Úroveň vlastností přístroje vyhovuje technickým dokumentům podle nichž byl vyroben. Přístroj je schopen dalšího bezpečného provozu.

Dne 4. června 2007

Vystavil : Ing. Boris Kaleta
vedoucí servisu