

Protokol BPTK

provedena periodická bezpečnostní technická kontrola ano=

Protokol KEZP

provedena kontrola elektrického zdravotnického přístroje ano=

Dle § 27 zákona č. 123/2000 Sb.v platném znění a dle ČSN EN 60601-1,ČSN 332140,dop, ČES 330395

Protokol č:LJ **07/0097**

K výkazu práce č.: **1190711c**

provozovatel: FN Olomouc,I.P.Pavlova 6					oddělení: neurologie sálek	
č.RDP	název	výrobní číslo	typ	r.v.	inventární číslo	poznámka
041.	CLO 15	0169-84	G 691	85	C003432-002_	

1.PBTK

Poř.č.	Popis provedeného úkonu	stav
1.1	Prohlídka přístroje-vizuální kontrola	vyhovuje
1.2	Kontrola mechanických částí a krytů	vyhovuje
1.3	Kontrola, promazání a očištění mechanických částí	vyhovuje
1.4	Kontrola stavu kabeláže, koncovek,ochranných vodičů a pojistek	vyhovuje
1.5	Kontrola signalizace,ovládání a funkce přístroje	vyhovuje
1.6	Kontrola shody radiačního a světelného pole a geometrie světelného pole	vyhovuje
1.7	Kontrola časovače světelného pole	vyhovuje

2.KEZP

Poř.č.	Provedené měření	naměř.hodn.	jedn.	stav
2,1	Impedance smyčky		Ω	neměří se
2,2	Izolační odpor	>50	M Ω	vyhovuje
2,3	Odpor ochranného vodiče	0,08	Ω	vyhovuje
2,4	Vybavovací proud proudového chrániče		mA	neměří se
2,5	Unikající proud		mA	není možno měřit

3. poznámky,doporučení,připomínky:

bez připomínek

4. závěr:

Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví.

5. použité měřicí přístroje:

PU 170 v.č. 8038819 , PU 184 v.č. 9693401

datum provedení kontroly: **20.11.07**

kontrolu provedl: Langar Jan



měsíc/rok příští kontroly:

2/08

protokol převzal dne,podpis