Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8
Tel.: +420 235 520 811, 841
Fax: +420 235 520 890
E-mail: office@cz.cmi.sk

Kalibrační list přístroje: ***Reichert AT 555*** ***S/N: 45292-0503***
Inv. č.: C004040-000

Zákazník: ***Oční ambulance,***
Fakultní nemocnice Olomouc

Verze Softwaru:		1.21			
Počet měření:		128901			
Pachymetr sonda	SN				
Fixační LED		OK			
Tonometr Gain:		23			
VVL:	L X, Y	127, 128		R X, Y	126, 128
	Center: X, Y, Z		126.65, 126.76, 0.6		
Fire around: (1, 0)	A	806	P	308	
Solenoid Max. Press.:		647	Max Time	12,00 ms	
Proximity Sensor:	Distance	2 mm			
Dotykový Senzor	OK				
Pachymetr					
Travel lock systém	OK				

rozsah	testované hodnoty	naměřené hodnoty		tolerance	
		Ave	SD	Ave	SD
Low	15,3	**14,8**	**0,75**	12,80 - 17,80	0,0 - 1,2
Medium	27,3	**27,5**	**0,55**	24,80 – 29,80	0,0 - 1,2
High	43,0	**42,5**	**0,55**	39,50 – 46,50	0,0 - 1,6

výsledek kalibrace: **Přístroj odpovídá standardům výrobce ve všech rozsazích měření.**

datum provedení kalibrace : 9.7.2007

další kalibrace doporučena : 8.7.2008

Ing Lukáš Chmelka
……
servisní technik