



Protokol
o bezpečnostně technické kontrole
zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje

V souladu se Zákonem 123/2000 Sb. § 52.

Poskytovatel zdravotní péče: Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Umístění ZP: Oční ambulance

Inv.č.: C004040-000

Název: Tonometr

Typ: AT 555

Výrobce: Reichert

Výr.č: 45292-0503

Druh kontroly a měření	---	Výsledek	---	Poznámka
stav mechanických funkcí a částí		vyhovuje / nevyhovuje		bez závady
stav elektrických a elektronických funkcí a částí		vyhovuje / nevyhovuje		bez závady.....
stav optiky		vyhovuje / nevyhovuje		bez závady.....
kontrola el. bezpečnosti Meditest 50 – v.č.: 204027		vyhovuje / nevyhovuje		přechodový odpor ochranného uzemňovacího vodiče 0,08Ω hodnota izolačního odporu >20 MΩ

Celkový stav přístroje vyhovuje / ~~nevyhovuje~~ pro použití k výrobcem stanovenému účelu při poskytování zdravotní péče a je / ~~není~~ funkční a bezpečný.

Termín následné kontroly: 9.7.2008

Zhotovitel: CMI, s.r.o.

Kontrolu provedl dne: 9.7.2007

Ing. Lukáš Chmelka

.....
Jméno a podpis