

**Grant**

**PROTOKOL O SERVISNÍ ÚDRŽBĚ  
DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE A ZÁKONA  
č.123/00 Sb. a znění pozdějších předpisů**

**GU**

**NIMOTECH s.r.o**  
Šumavská 15  
602 00 Brno  
DIČ :CZ18825605

**Zákazník : Fakultní nemocnice Olomouc  
Oddělení geriatrie**

**Adresa: I.P.Pavlova 6  
775 20 Olomouc**

**Výrobní číslo : G-25959  
Inventární číslo : D038211-000**

**Model : Grant Dyna -Care  
Datum : 25.9.2007**

**Kontrola:**

**Vyhovuje Nevyhovuje**

1. Síťový kabel a průchodky	x
2. Skříňka kompresoru	x
3. Popisy	x
4. Výstupy	x
5. Zemění	x
6. Membrány	x
7. Výstupní tlak	x
8. Matrace	x
9. Funkčnost přístroje	x
10. Izolační odpor	x
11. Odpor ochranného vodiče	x

**PŘÍSTROJ VYHOVUJE**  
**je bezpečný a klinicky provozuschopný**

Poznámky : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Datum příští údržby : Zář 2008**

**Kontrolu provedl : Ehrenberger**

 **nimotech** s.r.o.  
Šumavská 15, 602 00 Brno