

Grant

**PROTOKOL O SERVISNÍ ÚDRŽBĚ
DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE A ZÁKONA
č.123/00 Sb. a znění pozdějších předpisů**

GU

NIMOTECH s.r.o
Šumavská 15
602 00 Brno
DIČ :CZ18825605

**Zákazník : Fakultní nemocnice Olomouc
Oddělení geriatric**

**Adresa: I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc**

**Výrobní číslo : G-25955
Inventární číslo : D038212-000**

**Model : Grant Dyna -Care
Datum : 25.9.2007**

Kontrola:

Vyhovuje Nevyhovuje

1. Síťový kabel a průchodky	x
2. Skříňka kompresoru	x
3. Popisy	x
4. Výstupy	x
5. Zemění	x
6. Membrány	x
7. Výstupní tlak	x
8. Matrace	x
9. Funkčnost přístroje	x
10. Izolační odpor	x
11. Odpor ochranného vodiče	x

PŘÍSTROJ VYHOVUJE
je bezpečný a klinicky provozuschopný

Poznámky : _____

Datum příští údržby : Zář 2008

Kontrolu provedl : Ehrenberger


nimotech s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno