

PROTOKOL

o kontrole elektrického zdravotnického přístroje

(ČES 33.03.95)

Číslo protokolu: lito 07/07

Vydává: MEDIPO - ZT S.r.o. zapsána v OR KOS Brno oddíl C, vložka 23567 sídlo : Kohoutova 24 , 613 00 Brno tel./fax:548 525 348 pracoviště : Slaměňkova 23, 614 00 Brno tel./fax:545 210 119,	Provozovatel přístroje: Fakultní nemocnice Olomouc Urologická klinika I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc Umístění přístroje: LERW
--	---

Název přístroje:	LITOTRYPTOR MEDILIT	Typ: LT107
Výrobce:	MEDIPO-ZT, s. r.o	Výrobní číslo: 03/2004
Třída ochrany:	I	
Jmenovité hodnoty:	3 x 400/230 V-50 Hz, TN-S,	

Datum kontroly: 17.5.2007

Komponent	Naměřené hodnoty:
	1.Odpor ochranného vodiče (Ω) Odpor pospojení jednotlivých částí souboru proti svorkovnici PA vpravo vpředu na nářadí pro litotrypsii:
Zařízení na úpravu vody	0,03
Řídicí jednotka – skříň	0,01
Řídicí jednotka GRV	0,02
Monitor DASH 3000	0,03
Výkonová část GRV	0,02
Nářadí pro litotrypsii – stojan	0,02
Rentgenka	0,02
Rameno	0,02
Stůl	0,03
Zesilovač obrazu Thompson	0,02
Kamera SHIMADZU	0,02
Raménko SONO	0,05
Aplikátor	0,01
Elipsoid	0,01
Počítač SHIMADZU v ovladovně	0,04
Počítač řídicí v ovladovně	0,05
Generátor UD 150 L ve vyšetřovně	0,02

Startér HS 3 ve vyšetřovně	0,06
Trafo 230/120V ve vyšetřovně	0,02
Skříň LC síť. filtrů ve vyšetřovně	0,02
měřeno proti ochranné svorkovnici PE v rozvodnici ARIA	0,01
	2.Izolační odpor (MΩ) Za vypnutým proudovým chráničem a vypnutými příslušnými jističi měřených obvodů
Zařízení na úpravu vody L/PE, N/PE	>19,99
Řídicí jednotka L/PE, N/PE	>19,99
Náradí pro litotrypsii L/PE, N/PE	>19,99
Generátor UD 150 Li L/PE	>19,99
Startér HS 3 L/PE	>19,99
Transformátor 230/120V L/PE	>19,99

Měřicí přístroj: MEDITEST 50	Výrobce: ILLKO s.r.o.
	Výrobní číslo: 200 193

Zjištěné závady:	Závady nezjištěny
Termín odstranění závady:	
Výsledek kontroly souboru zařízení pro neinvazivní litotrypsii MEDILIT:	
A/ Kontrola mechanické části	BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD
B/ Kontrola elektrické bezpečnosti	BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD
Termín další kontroly-doporučení: profylaktická prohlídka 11/2007	

Měření provedl:		Razítko:
jméno: Libor Hruška Miroslav Dopita	podpis:	