

Protokol BPTK

provedena periodická bezpečnostní technická kontrola ano=

Protokol KEZP

provedena kontrola elektrického zdravotnického přístroje ano=

Dle § 27 zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a dle ČSN EN 60601-1, ČSN 332140, dop, ČES 330395

Protokol č.: LJ **07/0066**

K výkazu práce č.: **1160411a**

provozovatel: FN Olomouc, I.P. Pavlova 6					oddělení: onkologie 4. patro	
č.RDP	název	výrobní číslo	typ	r.v.	inventurní číslo	poznámka
070.	Chiralux 2	04-83-1223	C 234	83	I015763-000_	
	rozváděč	80-1483	H 312	80		
	generátor	02-83-1100	920222	83		

1. PBTk

Poř.č.	Popis provedeného úkonu	stav
1.1	Prohlídka přístroje-vizuální kontrola	vyhovuje
1.2	Kontrola mechanických částí a krytů	vyhovuje
1.3	Kontrola, promazání a očištění mechanických částí	vyhovuje
1.4	Kontrola stavu kabeláže, koncovek, ochranných vodičů a pojistek	vyhovuje
1.5	Kontrola signalizace, ovládání a funkce přístroje	vyhovuje
1.6	Kontrola stavu elektrických prvků, relé, stykačů a voličů	vyhovuje
1.7	Kontrola vyrovnaní síťového napětí	vyhovuje
1.8	Kontrola zdrojů malého napětí	vyhovuje
1.9	Kontrola obvodu rotace rentgenky	vyhovuje
1.10	Provedení kontrolních expozic dle PTD	vyhovuje
1.11	Provedení kontroly prosvěcování a omezení max. proudu a časového omezení	vyhovuje
1.12	Kontrola předepsaných hladin trafooleje a případného úniku	vyhovuje
1.13	Kontrola záložního ukončení expozice a omezení max. proudu	vyhovuje
1.12	Kontrola pohybu kladek autotransformátoru	vyhovuje
1.15	Kontrola předepsaných expozičních proudů	vyhovuje
1.16	Kontrola expozičních časů	vyhovuje

2. KEZP

Poř.č.	Provedené měření	naměř. hodn.	jedn.	stav
2,1	Impedance smyčky	0,4	Ω	vyhovuje
2,2	Izolační odpor	>50	M Ω	vyhovuje
2,3	Odpor ochranného vodiče	0,03	Ω	vyhovuje
2,4	Vybavovací proud proudového chrániče	<30	mA	vyhovuje
2,5	Unikající proud		mA	není možno měřit

3. poznámky, doporučení, připomínky:

bez připomínek

4. závěr:

Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví.

5. použité měřicí přístroje:

PU 170 v.č. 8038819 , PU 184 v.č. 9693401

datum provedení kontroly: **1.11.07**

kontrolu provedl: Langar Jan



měsíc/rok příští kontroly: **12/07**

protokol převzal dne, podpis