

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 6, 772 00 Olomouc

Přístroj Spirometrický systém s kabinou

Typ VS22D, VS62J,

Výrobní číslo 775205APR03-2,773835-101-89,

Inventární č. I020511-000

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
x	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
x	<input type="checkbox"/>	Auto test po zapnutí
x	<input type="checkbox"/>	Test programových funkcí
x	<input type="checkbox"/>	Test jednotlivých vyšetřovacích funkcí
x	<input type="checkbox"/>	Kontrola kalibrace
Bezpečnostní test - měření		

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,1 mA
	Příložná část	0,001 mA
Izolační odpor	> 20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0.15 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~zodpovídají~~ hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je – ~~zdravotnický~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č.	204206

Technik : Jan Plešek Provedeno dne : 18. 7. 2007

Podpis : [Signature] Termín příští kontroly : Po jednom roce