

# MEDIPO - ZT s.r.o.

zapsána v OR KOS Brno oddíl C, vložka 23567

sídlo : Kohoutova 24 , 613 00 Brno  
tel./fax: +420 548 525 348  
e-mail: info@medipo.cz  
www: medipo.cz

pracoviště : Slaměnkova 23, 614 00 Brno  
tel./fax: +420 545 210 119

## **Prohlášení o technické způsobilosti, provozuschopnosti a bezpečnosti zdravotnického prostředku podle zákona 346/2003 Sb.**

### **ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK:**

**Dětský vaginoskop MT 1000, se Zdrojem studeného světla MT 2002**

Inventární číslo: I022823-000, v.č.: 003/03, výrobce MEDIPO-ZT, s. r.o.

### **MEDICÍNSKÉ PRACOVIŠTĚ:**

**Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc ,  
Porodnicko-gynekologická klinika, ambulance**

### **Výsledek prověření stavu zdravotnického prostředku:**

**Dětský vaginoskop MT 1000, se Zdrojem studeného světla MT 2002**

**v.č.003/03, výrobce MEDIPO-ZT, s. r.o. zařazený dle NV 336/2004 Sb.do klasifikační třídy I, je podle § 28 zákona 346/2003 Sb.**

**provozuschopný a bezpečný a splňuje medicínské a technické požadavky stanovené výrobcem**

**Prohlášení je vydáno na základě výsledků profylaktické prohlídky a kontroly elektrické bezpečnosti uvedených ve zkušební protokol č. 03DV/07 (viz. příloha).**

**Termín následného prověření stavu zdravotnického prostředku: 8/2008**

**MEDIPO-ZT, s.r.o.** je registrovanou právnickou osobou č. 13314D1/01 dle zákona 346/2003 Sb. a zajišťuje autorizovaný servis dle § 27 a § 28 téhož zákona na všechny svoje výrobky a výrobky MEDIPO EM, spol. s r.o.

Podle § 28 a § 52 odst.4, a odst.6, téhož zákona je oprávněna provádět prověření stavu těchto zdravotnických prostředků.

**MEDIPO -ZT, s.r.o.**  
Kohoutova 24, 613 00 Brno  
DIČ: CZ25301411



V Brně dne 27.8.2007

Ing. Lubomír Podhorský  
jednatel

Příloha: Zkušební protokol 03DV/07

# MEDIPO - ZT s.r.o.

zapsána v OR KOS Brno oddíl C, vložka 23567

sídlo : Kohoutova 24 , 613 00 Brno

tel./fax: +420 548 525 348

e-mail: info@medipo.cz

www: medipo.cz

pracoviště : Slaměnkova 23, 614 00 Brno

tel./fax: +420 545 210 119

## Zkušební protokol 03DV/07

### ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK:

**Dětský vaginoskop MT 1000, se Zdrojem studeného světla MT 2002,**

Inventární číslo: I022823-000, v.č.: 003/03,

výrobce MEDIPO-ZT, s. r. o.

### MEDICÍNSKÉ PRACOVIŠTĚ:

**Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc ,**

**Porodnicko-gynekologická klinika, ambulance**

### SERVISNÍ ZÁSAH:

Bezpečnostně technická kontrola dle zák.346/2003 Sb.

### KONTROLA FUNKČNÍ A BEZPEČNOST

Měření svítivosti včetně světlovodného kabelu

Kanál<sup>o</sup> 1-rozsah regulace (LUX)

Kabel A) 800, 520, 430, 350

Kanál 2-rozsah regulace (LUX)

Kabel A) 795, 545, 450, 370

Napájení: 230 V/50Hz Příkon: 117/129 [VA]

třída ochrany II

Přechodový odpor (ochranného vodiče) 0,18Ω

Izolační odpor  $\geq 19,99\text{M}\Omega$

### Unikající proud:

**mezní hodnota = 0,1mA**

Nepřímá metoda

Síťová část-přístupná část =0,02mA

Síťová část-příložná část =0,002mA

Přístupná část-příložná část =0,003mA

Přímá metoda

Síťová část-přístupná část =0,01mA

Síťová část-příložná část =0,000mA

Rozdílová metoda

Síťová část-přístupná část =0,02mA

Měřicí přístroj: MEDITEST 50 v.č.: 200 193

Použité normy: ČSN EN 60 601-1, Doporučení ČES 33.03.95

Výsledek měření:

Snížená svítivost světlovodného kabelu na 50% - doporučená výměna.

**Výše uvedený zdravotnický prostředek je podle § 52 a §27, zákona 346/2003 Sb.**

**SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU**

Měření provedl: Pavel Uhlíř

Datum: 23.8.2007