

V Olomouci 19.2.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce s názvem „NOVOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY B A VNITŘNÍ DOSTAVBA NÍZKOPRAHOVÉHO URGENTNÍHO PŘÍJMU“

Zadavatel dne 15.2.2024 obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dobrý den,

rádi bychom požádali o upřesnění zadávací dokumentace k předmětné zakázce.

Zadavatel v technické specifikaci operačních svítidel požaduje: Průměr světelného pole musí mít nastavitelnou horní hodnotu minimálně 35 cm /1m

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat operační světla s horní hranicí průměru světelného pole 25 cm, která je dle referencí z mnoha (i zahraničních) prestižních pracovišť zcela dostatečná? Za Vaši reakci předem děkuji.

Odpověď k dotazu:

Vzhledem k tomu, že norma IEC nepředepisuje žádný minimální ani maximální průměr, jelikož průměr světla musí být přizpůsoben velikosti incize, zadavatel provedl změnu v technické specifikaci světel následovně:

Zadavatel odstraňuje požadavek: Průměr světelného pole musí mít nastavitelnou horní hodnotu minimálně 35 cm /1m

A nahrazuje požadavkem: D10 musí být min. min. 24cm/ 1m.

Nad rámec dotazu zadavatel provedl následující administrativní opravu:

Byly odstraněny duplicitní popisy u položek:

Výkaz výměr E1:

- 128301
- 230001
- 230010
- 230013
- 230002
- 230020
- 232101
- 232120
- 232123
- 232141
- 371120
- 376130
- 376131

Výkaz výměr E2:

- 232101
- 232123
- 376130

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro nabídky do 26.3.2024 do 10:00.

Upravené Soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr (označeny ve vysvětlení jako výkazy výměr) budou poskytnuty všem dodavatelům, kteří si zažádali o PD.

Přílohy:

Aktualizované výkazy výměr ze dne 19.2.2024